




Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota



Warszawa, dnia 27.03.2015 r.

Spr. nr ZP-2512-18-GK/2015

### KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE „Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych”

Uprzejmie informujemy, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania od Przyjmującego zamówienie. Poniżej podaję treść pytań i udzielam odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1:

Jakie badania Udzielający zamówienia rozumie pod określeniem „Badanie DNS HPV”? (czy chodzi o badanie jakościowe czy badanie z genotypowaniem oraz o jaką ilość genotypów chodzi).

#### Odpowiedź:

Badanie DNA HPV w rozumieniu Udzielającego Zamówienia oznacza jakościowy test DNA HPV HR wykrywający DNA 12 wysokoonkogennych wirusów HPV.

#### Pytanie nr 2:

Jakie badania Udzielający zamówienia rozumie pod określeniem „Badanie RNA HPV”? (czy chodzi o badanie mRNAHPV).

#### Odpowiedź:

Tak, chodzi o test wykrywający obecność transkryptów mRNA onkogenów E6 i E7 wirusów HPV wysokiego ryzyka – 16, 18, 31, 33, 45.

#### Pytanie nr 3.

Dotyczy Umowy na świadczenia zdrowotne: § 1 pkt. 3 ppkt. „Odbieranie przez Przyjmującego zamówienie materiałów do badań i dostarczanie wyników będzie odbywać się codziennie (w dni robocze z wyjątkiem sobót) w godz. 13:00 15:00 lub wg potrzeb”.

Co Udzielający zamówienie rozumie pod pojęciem wg potrzeb? Ile to oznacza dodatkowych odbiorów w ciągu miesiąca i w jakich godzinach?

#### Odpowiedź:

Pod pojęciem „wg potrzeb” Udzielający Zamówienia rozumie możliwość indywidualnego ustalania harmonogramu odbiorów bezpośrednio z kurierem, np. 1 x w tyg. w zależności od ilości próbek. Udzielający Zamówienia nie przewiduje dodatkowych odbiorów.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa - Ochota

*Krzysztof Marcin Zakrzewski*

ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa  
tel. 22 822-88-53, 22 659-72-71  
tel./fax. 22 823-12-19  
www.szpzo-ochota.pl  
sekretariat@szpzo-ochota.pl



Firma posiada certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007