



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota



Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota; Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Nr ZP-2511-02-GK/2019

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy Części II, pozycja 4-7: Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 70g/m², posiadające oznaczenie kierunku otwierania na linii zgrzewu od strony folii?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 2:

Dotyczy Części II, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczająca prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 3:

Dotyczy Części II, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści

DYREKTOR

Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota

Krzysztof Marcin Zakrzewski

