



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota



Warszawa, dnia 16. listopada 2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

Dotyczy: Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych.
ZP-2512-60-GK/2021

Pytania i odpowiedzi do konkursu

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że do Udzielającego zamówienia wpłynęły pytania dotyczące konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych. Poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy Formularza Ofertowego PKT. 2 Zakres Świadczeń pozycja 35

Zwracamy się z prośbą do Udzielającego Zamówienie o doprecyzowanie co rozumie przez pojęciem barwienie i ocena preparatów cytologicznych? Czy chodzi o preparaty cytologii ginekologicznej, biopsje aspiracyjne cienkoigłowe czy cytologię płynów? Jeżeli dotyczy wszystkich wcześniej wymienionych rodzajów badań prosimy o wskazanie szacunkowych ilości każdego z wymienionych badań.

Odpowiedź:

Udzielającemu zamówienia chodzi o preparaty cytologii ginekologicznej.

Pytanie 2:

Dotyczy Formularza Ofertowego PKT. 2 Zakres Świadczeń pozycja 49

Zwracamy się z pytaniem czy Udzielający Zamówienie dopuszcza złożenie oferty zawierającej pozycję „HPV - wykrywanie i różnicowanie wirusa – 28 genotypów”? Test HPV-28 zawiera wszystkie istotne klinicznie genotypy HPV, cechując się jednocześnie znacznie lepszymi wskaźnikami czułości i wykrywalności, co wynika z zastosowania nowoczesnej metody *real-time* PCR. Metoda ta pozwala wiarygodnie wykryć materiał genetyczny wirusa i określić jego genotyp, nawet jeśli w badanej próbce znajduje się 50 cząsteczek DNA patogenu. Dla porównania test HPV-37, który jest oferowany na rynku wykonywany jest metodą hybrydyzacji DNA w postaci testu paskowego. Aby wykryć materiał genetyczny wirusa za pomocą tego testu, w badanej próbce musi się znajdować średnio od kilkuset do kilku tysięcy cząsteczek





Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota



DNA patogenu jak również mniejszą swoistością (zdolnością do właściwego rozpoznania danego genotypu)

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wnosi zmian w Formularzu Ofertowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota
Krzysztof Marcin Zakrzewski

