

## PYTANIA do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pobierania krwi w systemie zamkniętym, technika próżniowa; znak spr. ZP/251/I-05/13.

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytań i udzielam odpowiedzi.

### **I grupa pytań**

#### ***Pytanie 1.***

“Wymagane cechy sprzętu: 6) Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne ze sobą – również w przypadku pochodzenia od różnych producentów.

Z naszej wiedzy wynika, że wśród oferowanych na rynku systemów zamkniętych nie wszystkie elementy są wzajemnie kompatybilne. Wnosimy zatem aby w przypadku zaoferowania poszczególnych elementów systemu od różnych producentów, wykonawcy dostarczyli potwierdzenia o wzajemnej kompatybilności wydane przez wszystkich producentów zaproponowanych elementów. Da to poręczenie Zamawiającemu, że zaproponowane elementy będą współpracować bezawaryjnie gwarantując tym samym bezpieczną pracę podczas pobierania krwi.”

#### ***Odpowiedź***

Wykonawca składając (podpisując) ofertę potwierdza kompatybilność oferowanego systemu – również w przypadku pochodzenia od różnych producentów; formularz ofertowy zawiera odpowiedni zapis w ust. 2 pkt 6. Ponadto Zamawiający żąda dostarczenia próbek, co pozwoli na praktyczne sprawdzenie kompatybilności zaoferowanego sprzętu. Zamawiający uważa, że powyższe zapisy i wymagania są wystarczające.

#### ***Pytanie 2.***

“Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu: Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.”

#### ***Odpowiedź***

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy; Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 3 ust. 2 projektu umowy i w rozdz. I ust. 5 SIWZ.

### **II grupa pytań**

#### ***Pytanie 1.***

“Czy zamawiający w pozycjach 1; 2; 4; 5; 6 dopuści produkt z korkiem wciskany który zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczne (szczelne) zamykanie próbki, bez efektu aerozolu. Gdyż obecny zapis wskazuje tylko na jednego producenta co nie umożliwia zamawiającemu wyboru najkorzystniejszej oferty.”

#### ***Odpowiedź***

Nie dopuści; Zamawiający wymaga zamknięcia obrotowego.

#### ***Pytanie 2.***

“Czy zamawiający dopuści i zmieni zapis dotyczący terminu ważności próbek z 9 miesięcy na 6 miesięcy gdyż niektóre produkty mają termin ważności tylko 12 miesięcy w dniu opuszczenia produktu od producenta. Zmiana tego zapisu umożliwi zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.”

#### ***Odpowiedź***

Zamawiający nie zmieni zapisu dot. terminu ważności próbek; wymagany okres przydatności - jak podany w ust.2 pkt. 7 załącznika do SIWZ.