

Warszawa, dnia 28.05.2013 r.

Pytania do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowych
spr. nr ZP/251/I-08/2013

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytań i udzielam odpowiedzi.

Pytania z dnia 27.05.2013r.:

PIERWSZA GRUPA PYTAŃ:

"Pytanie 1, pozycja 1-8:

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, pozostałe parametry bez zmian?"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

"Pytanie 2, pozycja 12-13:

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, w przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty."

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

"Pytanie 3, pozycja 12-13:

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pakowane po 50 par, z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

"Pytanie 4, pozycja 14-16:

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w kolorze niebieskim pakowane po 200 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

"Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie)-podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego,

ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT."

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

DRUGA GRUPA PYTAŃ:

"Pytanie nr 1, poz.12 i 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic rękawice pudrowane mączką kukurydzianą, mankiet rolowany, mikroteksturowane, sterylizowane promieniami gamma."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

"Pytanie nr 2, poz.12 i 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań zawierających 50 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

"Pytanie nr 3, poz.14,15 i 16:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice nitrylowe, nie pudrowane, kolor niebieski, wytrzymałe i odporne na przebicia i przekłucia, norma EN 455 1-2-3."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

"Pytanie nr 4, poz.14,15 i 16:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania rękawic nitrylu bezpudrowych w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.