

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – aparat do mierzenia grubości rogówki - Pachymetr

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE	W ofercie wymagane potwierdzenie TAK
1.	Automatyczna kalkulacja skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego	
2.	Dokładność +/- 5µm	
3.	Rozdzielczość +/- 1µm	
4.	Precyzyjne multi uśrednienie	
5.	Kalkulacja korekcji ciśnienia IOP	
6.	Głowica 20 Mhz	
7.	Dotykowy wyświetlacz LCD	
8.	Aparat wyposażony w drukarkę	
9.	Aparat wyposażony w ładowarkę	