

## Specyfikacja przedmiotu zamówienia

**Zadanie 3** – urządzenie do oceny przedniego odcinka oka – Lampa szczelinowa

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE	W ofercie wymagane potwierdzenie TAK
1.	Lampa z tonometrem aplanacyjnym Z800 mocowanym na mikroskopie lampy	
2.	Układ optyczny typu Zeiss	
3.	Trzy powiększenia: 10x, 16x, 25x	
4.	Regulowana szerokość szczeliny od 0 do 14 mm	
5.	Rotacja szczeliny od 0° do 180°	
6.	Źródło światła – żarówka halogenowa	
7.	Minimum 3 filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło	
8.	Wbudowany filtr żółty, umieszczony w mikroskopie	
9.	Podpora brody, czoła i ręki zintegrowana ze statywem lampy	
10.	Akcesoria standardowe: zestaw do konserwacji, papier do podbródka, bezpieczniki, zapasowa żarówka	