

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – podświetlana tablica okulistyczna do badania ostrości wzroku –
Podświetlana tablica optotypów

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE	W ofercie wymagane potwierdzenie TAK
1.	Tablica sterowana pilotem na podczerwień	
2.	Losowe wyświetlanie symboli	
3.	Możliwość podświetlenia znaku lub wiersza	
4.	Możliwość kalibracji koloru i kontrastu	
5.	Możliwość adaptacji do odległości w pomieszczeniu	
6.	Możliwość utworzenia czterech profilów ustawień	
7.	Włączanie i wygaszanie tablicy za pomocą pilota (pilot w komplecie)	
8.	W komplecie z tablicą 6 optotypów: tabliczka do badań dzieci, tablica Snellena, tablica astygmatyzmu, tablica cylindra krzyżowego, tablica Wortha, tablica forii	