

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – bezdotkowy aparat do mierzenia ciśnienia ocznego – Tonometr bezdotkowy

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE	W ofercie wymagane potwierdzenie TAK
1.	Pomiar wykonywany automatycznie	
2.	Automatyczne śledzenie oka	
3.	Posiada system kontroli ciśnienia wyzwalanego powietrza	
4.	Posiada funkcję korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego do grubości rogówki pacjenta	
5.	Możliwość ustawienia głowicy pomiarowej w osiach góra/dół i lewo/prawo	
6.	Zakres pomiaru ciśnienia 1 – 60 mm Hg	
7.	Dokładność pomiaru 1 mm Hg	
8.	Odległość robocza 11 mm	
9.	Posiada wewnętrzne światło fksacyjne	
10.	Wyposażony w elektrycznie regulowany podbródek	
11.	Ekran dotykowy 5,5 – 5,7 “ LCD	
12.	Posiada wbudowaną drukarkę termiczną	