

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badania osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-11/2013

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytań i udzielam odpowiedzi.

Pytania z dnia 04.09.2013 r.:

PIERWSZA GRUPA PYTAŃ:

Pytanie nr 1: Dotyczy Załącznika nr 1b do oferty: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora do oznaczania elementów upostaciowionych moczu, którego zasada działania opiera się na technologii wykorzystującej laser półprzewodnikowy i fluorescencyjną cytometrię przepływową? Analizator wykorzystując barwniki fluorescencyjne wybarwia kwasy nukleinowe zawarte w elementach upostaciowionych. Ponadto pomiary nasilenia fluorescencji oraz czołowego i bocznego rozproszenia światła lasera są podstawą różnicowania cząstek. Wspólne spektrum tych pomiarów zapewnia czułą detekcję elementów upostaciowionych oraz ich rozdział na poszczególne populacje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2: Dotyczy Załącznik nr 1b do oferty: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu, który dokonuje automatycznego ilościowego oznaczania następujących parametrów: RBC, WBC, Krysztaly Wałeczkii, Nabłonki, Bakterie, Śluz, Plemniki, Drożdże?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3: Dotyczy Załącznika nr 7 do oferty: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz instalacji analizatora do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

DRUGA GRUPA PYTAŃ:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w pkt.5 wymaga wykonanie badania w próbce nie poddawanej wirowaniu. Czy taki zapis oznacza brak wirowania próbki na każdym etapie oznaczania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w pkt.13 wymaga zaoferowanie pakietu startowego. Prosimy o sprecyzowanie, jaką ilość oznaczeń testowych przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź: Przewidywana ilość oznaczeń testowych: 20.