

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa – Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa

NIP: 526-17-71-472

REGON: 010202670

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż 209 000 EURO

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej
(diagnostyki obrazowej)

NUMER POSTĘPOWANIA:	Z P - 2 5 1 1 - 0 2 - G K / 2 0 1 7
PODSTAWA PRAWNA:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp

DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (diagnostyki obrazowej) w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36.
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) – Urządzenia ultrasonograficzne. Kod CPV 33112200-0
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący elementy składowe aparatu ultrasonograficznego oraz ich wymagane parametry został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

DZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny dopuszczalny termin realizacji dostawy nie może przekroczyć 6 tygodni od daty podpisania umowy.

DZIAŁ III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
 - c) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 22a ustawy Pzp.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

DZIAŁ V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie własne zawierające informacje wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. IV. Wzory oświadczeń Wykonawcy stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (procedura odwrócona według art. 24aa ustawy Pzp), przedstawi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, nw. dokumenty:
 - 1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
 - a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy; w przypadku gdy Zamawiający może uzyskać dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument bez wzywania Wykonawcy.

2) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wymaga przedstawienia certyfikatu/certyfikatów CE wystawionych przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanych urządzeń medycznych wchodzących w skład aparatu oraz dokumentów (np. karty katalogowe itp.) potwierdzających spełnianie parametrów wymaganych.

3. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana:

1) każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu, oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy,

2) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V ust. 2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1.

5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust.5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

7. 1. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów.

1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

5) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 1 i 5.1.-5.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. V ust.2 i 5.1 – 5.3., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.

8) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

10) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ (art.25a ust.1), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

DZIAŁ VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymagań określonych w ustępach następnych.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

DZIAŁ VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Grażyna Kubiak – specjalista nr faksu: 22 823-12-19

e-mail: zamowienia@szpzlo-ochota.pl

DZIAŁ VIII. WADIUM

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

DZIAŁ IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

DZIAŁ X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
- 7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
- 8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 9) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę.
- 10) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 11) Zgodnie z treścią art.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 12) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien umieścić w nieprzezroczystej oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Ofertę wraz z wszystkimi oświadczeniami lub dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać następująco:

- nazwą i adresem Wykonawcy,
- nazwą i adresem Zamawiającego,
- napisem: „Oferta na dostawę ultrasonografu ZP-2511-02-GK/2017”

DZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kancelarii SZPZLO II piętro **do dnia 26.07.2017 r. do godz. 10:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.07.2017 r. o godz. 10:30** w siedzibie zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

DZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

DZIAŁ XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	PKT	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	60	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 60 Cena badanej oferty
2	Okres gwarancji	30	Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 miesięcy do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Wartość punkowa obliczona zostanie następująco: 60 miesięcy i więcej – 30pkt; 48 miesięcy – 20pkt; 36 miesięcy – 10pkt; 24 miesiące i mniej – 0pkt.
3	Termin dostawy	10	Maksymalny termin dostawy 6 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 4 tygodni do 6 tygodni, przy czym gdy Wykonawca zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 6 tygodni oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Termin krótszy niż 4 tygodnie nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający przyzna punkty za termin dostawy w następujący sposób: 4 tygodnie i mniej - 10pkt; 5 tygodni – 5pkt; 6 tygodni – 0pkt.

2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

DZIAŁ XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

DZIAŁ XV. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie Umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

DZIAŁ XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Informacje ogólne.

1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 180 p.z.p.
 2. Środkami ochrony prawnej są:
 - a) odwołanie,
 - b) skarga do sądu.
 3. Odwołanie
 - 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.
 - 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
 - 3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Rozdziale 2 Dział VI Pzp.
 4. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w Rozdziale 3 Dział VI Pzp.

DZIAŁ XVII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Tabela wymaganych parametrów.
3. Projekt umowy.
4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania.
6. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota

Krzysztof Marcin Zakrzewski

SPECJALISTA
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Grażyna Kubiak

Dr n. med. Jacek Paszkiewicz

Koordynator ds. rentgenodiagnostyki
Inspektor ochrony radiologicznej
SZPZO Warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka 36

Bożena Szczubiewska-Cisak

.....
/pieczęć Wykonawcy/

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36**

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:

Adres:

Województwo

NIP:

Regon:

KRS lub inny organ
rejestracyjny:

Telefon / Fax

Dane osoby
upoważnionej do
kontaktów

Imię i nazwisko

Tel. Adres e-mail:

Strona www:

Nr rachunku
bankowego:

2. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

- 1) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
- 2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawy kompletnego aparatu ultrasonograficznego w zakresie określonym w SIWZ o parametrach zawartych w tabeli wymaganych parametrów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania.
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 6) Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) ofertę niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 9) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w poniżej podanej cenie brutto i zadeklarowanym terminem dostawy oraz okresem gwarancji.

Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr katalogowy	Ilość	VAT (%)	Cena netto	Cena brutto
		1 kpl.			
W tym ceny brutto:					
1) Jednostka główna kpl..... zł					
2) Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa zł					
3) Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa szerokopasmowa zł					
4) Głowica endocavitarna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy zł					
5) Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa kardiologiczna zł					
Termin dostawy tygodni					
Okres gwarancji miesiące/miesiący					

Data:

Podpis Wykonawcy:

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Tabela wymaganych parametrów

L.p.	NAZWA PARAMETRU	WYMAGANE	OFEROWANE
	Nazwa aparatu:		
	Producent:		
1	JEDNOSTKA GŁÓWNA		
2.	Aparat usg cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, z wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. Rok produkcji 2017.	Tak	
3.	Zakres częstotliwości pracy [MHz]	Min. 2-20 MHz	
4.	Technologia cyfrowa (cyfrowe tworzenie wiązki)	Tak	
5.	Dynamika systemu	Min. 260 dB	
6	Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do sterowania funkcjami aparatu. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie. Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał, wybrane komentarze badania. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym lub stanowiąca osobny moduł na konsoli wyświetlająca pisany tekst bez potrzeby patrzenia na ekran główny aparatu.	Tak	
7	Liczba niezależnych kanałów przetwarzania	Min 300000	
8	Wbudowany moduł EKG wraz z przewodami	Tak	
9	Przetwornik A/D	Min 12 bitów	
10	Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu	Tak	
11	Podział ekranu na min. 4 obrazy w trybie badania i min. 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu.	Tak	
12	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 8x. bez straty jakości obrazu	Tak	
13	Rozdzielczość matrycy obrazowej z dynamiką min. 16 bit	Tak	
14	Ilość niezależnych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie	Min. 4	
15	Dodatkowe gniazda parkingowe, nieaktywne	Min. 1	
16	Regulacja położenia konsoli dół/góra, lewo/prawo	Tak	
17	Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21".	Tak	
18	Monitor bez przepłotu z możliwością regulacji położenia (góra dół, na boki i pochylanie)	Tak	
19	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (<i>cine loop</i>)	Min. 2500 obrazów	
20.	Możliwość nagrywania plików filmowych. Maksymalna długość filmu w pamięci CINE powyżej 10000 obrazów	Tak	
21	Nastawy programowane dla aplikacji tzw „presety” własne min. 6 dla każdej aplikacji i głowicy	opcjonalnie	
22	Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB i wbudowany napęd DVD-R/RW Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : • B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja	Tak	

	<ul style="list-style-type: none"> - Powiększenie obrazu x 8 - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode <ul style="list-style-type: none"> - Wzmocnienie - Przesunięcie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode <ul style="list-style-type: none"> - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - obrócenie invert - Próg przejścia do analizy koloru 		
23	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu.	Tak	
24	Baza danych pacjentów	Tak	
25	Zapis obrazów na płytach DVD,PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM.System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu	Tak	
26	Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN	Tak	
27	Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST, Moduł komunikacji WIFI + HL7	Tak	
28	Drukarka termiczna (video) czarno - biała	Tak	
29	Archiwizacja zewnętrzna na pamięci typu Pen Drive lub CD/DVD	Tak	
30	Tryb 2D (B-mode)	Tak	
31	Głębokość penetracji [cm]	Min. do 30 cm	
32	Zakres powiększania obrazu	Mm. x 10	
33	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu [klatki/sek]	Min. 1500	
34	Tryb M (M-mode)	Tak	
35	Możliwość prezentacji M, Tryb anatomiczny, Tryb anatomiczny M-mode krzywoliniowy	Tak	
36	Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z mierzona prędkością min 600 cm/s	Tak	
37	Wielkość bramki Dopplerowskiej PW[mm]	Min. 1 do 16 mm	
38	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej ze skokiem nie większym niż 1 stopień w całym zakresie pod każdym kątem minimum 90° na żywo , w obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode	Tak	
39	Regulacja uchyłności wiązki Dopplera kolorowego	Tak, min. 20°	
40	Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min 350 cm/s	Tak	
41	Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode	Tak	
42	Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min 350 Hz	Tak	
43	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku	Tak	
44	Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci	Tak	
45	Możliwość równoczesnego wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie LIVE	Tak	
46	Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler tzw .steer min. 20 stopni	Tak	
47	Tryb dopplera tkankowego spektralnego. Tryb dopplera tkankowego kolorowego	Tak	
48	Doppler Mocy (PD)	Tak	
49	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach	Tak	

50	Obrazowanie złożone tzn. skrzyżowanych wiązek ultradźwięków minimum 9 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu	Tak	
51	Tryb dopplera fali ciągłej CWD z mierzoną prędkością min. 1000 cm/s	Tak	
52	Tryb Triplex* (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice	Tak	
53.	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - jamy brzusznej - małych narządów, - mięśniowo - szkieletowych - ginekologiczno-położniczych - kardiologicznych - pediatrycznych - transkranialnych - naczyniowych	Tak	
54	Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum)	Tak	
Głowice			
55	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa	Tak	
56	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]	Min.7,0- 12,0 MHz	
57.	Szerokość pola skanowania min.32 cm	Tak	
58.	Liczba elementów (kryształów)	Min. 192	
59.	Wymiary czoła głowicy	45 mm lub więcej	
60.	Obrazowanie poszerzające pole widzenia tzw. trapezoidalne	Tak	
61	Możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie (opcjonalnie)	Tak	
62	Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa szerokopasmowa	Tak	
63.	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]	2-5 MHz	
64	Częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) min 3 częstotliwości pracy	Tak	
65.	Liczba elementów (kryształów)	min. 192	
66	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)	Tak	
67	Kąt pola skanowania w trybie B	Min. 70°	
68	Głębokość obrazowania	Min. 32 cm	
69.	Głowica endocavitarna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy	Tak	
70	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]	7-10 MHz	
71	Kąt pola skanowania (widzenia)	min. 130 °	
72	Liczba elementów (kryształów)	min. 128	
73	Możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej	Tak	
74	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa kardiologiczna	Tak	
75	Zakres częstotliwości pracy głowicy [MHz]	Min. 2,0-4,0 MHz	
76	Częstotliwości pracy min od 2-4,0 MHz	Tak	
77	Liczba elementów (kryształów)	Min.64	
78	Kąt pola skanowania w trybie B [stopniel	Min. 90°	
79	Głębokość obrazowania minimum 30 cm	Tak	
Opcje (rozbudowa systemu)			
80	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 5,0 MHz	Tak	
81	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę liniową do obrazowania 2D. Zakres częstotliwości min. 8,0- 15,0 MHz Ilość fizycznych elementów min.1000	Tak	

82	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę liniową do obrazowania 2D. Zakres częstotliwości min. 10,0- 22,0 MHz	Tak	
83	Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł/oprogramowanie o oprogramowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym z trybem pracy dwóch żywych obrazów : obraz B i obraz elasto.	Tak	
84	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru	Tak	
85	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem	Tak	
Pozostałe dane			
86	Wymiary aparatu	Nieistotne	
87	Waga aparatu	Nieistotne	
88	Zasilanie 220-240V	Tak	
89	Instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu	Tak	
90	Aparat mobilny, ze skrętnymi wszystkimi kołami i możliwością ich blokowania	Tak	
91	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.	Tak	
92	Certyfikat CE na aparat i głowice	Tak	
93	Gwarancja producenta obejmująca cały zestaw (aparat , głowice , printer) min. 24 miesiące	Tak	
94	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Należy załączyć kserokopie autoryzacji.	Tak	
95	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.	Tak	
96	Czas podjęcia czynności serwisowych najdalej 48 godzin od zgłoszenia usterki. Maksymalny czas usunięcia usterki z wyłączeniem dni wolnych od pracy wynosi max 72 godziny.	Tak	
97	Zapewnienie aparatu zastępczego o podobnej klasie na czas naprawy dłuższy niż 72 godziny	Tak	
98	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu	Tak	
99	Możliwość testowania przez 2-3 dni aparatu przed kupnem	opcjonalnie	

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu2017 r. w Warszawie pomiędzy :

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, z siedzibą w Warszawie (02-353), przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; pod nr KRS: 0000188485, NIP: 526-17-71-472, REGON: 010202670, reprezentowanym przez:

Pana Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego – Dyrektora,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a firmą

..... z siedzibą w (.....), przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem, z kapitałem zakładowym w wysokości zł; NIP;, REGON:, reprezentowana przez:

Panią/Pana –,

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

zwanych łącznie także "Stronami" ,

została zawarta umowa nr, zwana dalej "Umową", będąca następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie korzystania z urządzenia.**
2. Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich elementów aparatu ultrasonograficznego opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „urządzeniami”.
3. Komplet materiałów informacyjnych potwierdzających spełnienie przez urządzenia wymagań Zamawiającego (*pochodzący z oferty Wykonawcy*) stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Komplet certyfikatów zgodności wydanych przez jednostki notyfikowane (*pochodzących z oferty Wykonawcy*) stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
5. Zamawiający żąda, aby jakość przedmiotu Umowy była zgodna z wymaganiami zawartymi w Umowie oraz w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do Umowy, a także, aby oznaczenie przedmiotu Umowy było zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca zobowiązuje się taki przedmiot Umowy dostarczyć.
6. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane urządzenia oraz oprogramowanie, które są wyrobami medycznymi podlegającymi właściwej ocenie zgodności, spełniającymi właściwe wymagania zasadnicze, są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i oznakowane CE. Produkty i oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu Umowy, które nie są wyrobami medycznymi, są zgodne z właściwymi dla nich przepisami, dyrektywami i normami.
7. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, instrukcje obsługi urządzeń, dostarczone użytkownikowi z chwilą uruchomienia urządzenia, muszą być w języku polskim. Nie dopuszcza się instrukcji obsługi w innych językach. Również wszystkie inne dokumenty dostarczone z chwilą uruchomienia urządzeń muszą być w języku polskim.

8. Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu Umowy musi być w języku polskim. Licencje na oprogramowanie przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo i terytorialnie, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzeń, wskazanych w siwz i załącznikach do niej. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.
9. Po uruchomieniu urządzeń muszą one być gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

§ 2.

1. Termin wykonania zamówienia tj. dostarczenie, uruchomienie i odbiór wszystkich urządzeń będących przedmiotem Umowy oraz zakończenie szkoleń personelu Zamawiającego: zaoferowany przez Wykonawcę, nie dłuższy, niż 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwckiej 36 w Warszawie.
3. Dokumentowanie realizacji przedmiotu Umowy odbędzie się w drodze sporządzania i podpisywania odpowiednich protokołów:
 - a) Protokół odbioru urządzeń;
 - b) Protokoły szkoleń personelu Zamawiającego;
 - c) Protokół wykonania zamówienia, zwany „protokołem końcowym”, podpisywany, gdy podpisane są: wszystkie protokoły odbioru dotyczące urządzeń oraz wszystkie protokoły szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń.
4. Wzory protokołów zostaną przedstawione przez Zamawiającego odpowiednio przed rozpoczęciem odbioru / szkoleń personelu.
5. Z chwilą dokonania odbioru danego urządzenia tj. podpisania protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.
6. Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu końcowego.
7. Osoby nadzorujące wykonywanie Umowy:
po stronie Zamawiającego: Bożena Szczeblewska – Cisak – Koordynator ds. rentgenodiagnostyki,
po stronie Wykonawcy:

§ 3.

1. Cena wykonania przedmiotu Umowy, czyli wartość umowy brutto równa wynagrodzeniu Wykonawcy, wynosi zł (słownie:) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). Cena poszczególnych elementów zamówienia jest przedstawiona w Załączniku nr 4 do Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Cena wykonania przedmiotu Umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: ceny zaoferowanych urządzeń, koszty wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszt dostawy, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, podłączenia urządzeń do instalacji, uruchomienia urządzeń, przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz podatek VAT.
3. Cena wykonania zamówienia nie może wzrosnąć.
4. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół końcowy.

§ 4.

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę i podpisana przez upoważnionego do odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciela Zamawiającego.
2. Należność za prawidłowo dostarczony i odebrany przedmiot Umowy będzie przekazana przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

1. Dany okres gwarancji i dany okres rękojmi rozpoczynają się od daty protokołu końcowego i kończą się: okres gwarancji – w terminie lat od daty protokołu końcowego okres rękojmi – w terminie .. lat od daty protokołu końcowego.
2. Gwarancja i rękojmia zostaną udzielone na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy.
3. Protokół odbioru uzupełniony o datę podpisania protokołu końcowego, wraz z Załącznikiem nr 5 do Umowy - będzie dokumentem gwarancyjnym urządzenia w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. Jeżeli serwis gwarancyjny będzie świadczony przez podmiot inny, niż Wykonawca wybrany w niniejszym przetargu, to za czynności i zaniechania tego podmiotu Wykonawca odpowiada jak za własne czynności i zaniechania.
5. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru Zamawiający prześle Wykonawcy listę osób uprawnionych do porozumiewania się z Nim w sprawie szkoleń personelu oraz serwisu gwarancyjnego. W tym samym czasie Wykonawca prześle Zamawiającemu listę osób uprawnionych do ww. czynności z jego strony.
6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi będą realizowane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 – art. 576.
7. Do okresu gwarancji nie wlicza się okresu naprawy urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z urządzenia.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji czynności serwisowych z zachowaniem należytej staranności oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi serwisowych i autoryzowanych przedstawicieli serwisowych lub bezpośrednio przez pracowników Wykonawcy.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na telefoniczne zgłoszenia o niesprawności urządzenia nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
10. W przypadku wady w działaniu urządzenia, powodującej konieczność przerwy w obsłudze pacjentów trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca dostarczy na własny koszt urządzenie zastępcze, spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym w terminie 2 dni od zgłoszenia o niesprawności urządzenia.

§ 6.

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 PLN.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia (polis) stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości posiadania ubezpieczenia przez okres do podpisania protokołu końcowego.

§ 7.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy lub w przypadku utraty przez Wykonawcę zdolności do wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do usunięcia naruszeń, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 14 dni.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i podania pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są odpowiednio:
 - a) do odbioru zamówienia według stanu na dzień odstąpienia od Umowy w zakresie prawidłowo wykonanej części Umowy;
 - b) do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do wykonanej prawidłowo części Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo do określenia załączników do faktury, które zobowiązany będzie przedłożyć Wykonawca, stosownie do wykonanej części Umowy.

§ 8.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy;
 - 2) 2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku niedostarczenia urządzenia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, lub niedostarczenia urządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 - 3) 1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku braku reakcji serwisu na telefoniczne zgłoszenia o niesprawności urządzenia w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 9 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty kar umownych z należności za wykonanie zamówienia, po wystawieniu noty księgowej zawierającej informację o tytule, podstawie, wysokości kary umownej i wskazanie terminu do jej dobrowolnej zapłaty.

§ 9.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 10.

1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urządzenia mogą znajdować się dane pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach Umowy czynności uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych pacjentów, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych Umową.
3. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
6. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
10. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich danych, do których będzie miał dostęp w trakcie obowiązywania umowy oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia tych danych, przez Udzielającego zamówienia w trakcie stosunku cywilnoprawnego, jak i po jego ustaniu.

§ 11.

1. Bez zgody Zamawiającego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być przedmiotem cesji osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.
3. Zmiany w treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach i w sposób określony w Załączniku nr 7 do Umowy.
4. Sprawy sporne wynikające ze stosunku objętego Umową rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

GWARANCJA I RĘKOJMIA. WYMAGANE WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO,

1. Gwarancją i rękojmią są objęte wszystkie elementy wielofunkcyjnego zestawu endoskopowego, także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia.
2. Okres gwarancji i okres rękojmi na urządzenia rozpoczynają się od daty protokołu końcowego i kończą się :
 - okres gwarancji – w terminie ... lat (*do wpisania*) od daty protokołu końcowego (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*)
 - okres rękojmi – w terminie 2 lat od daty protokołu końcowego.
3. W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy urządzenia oraz naprawy urządzenia będą wykonane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały oraz części zamienne zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy. Wymaga się, aby stosowane były wyłącznie fabrycznie nowe części zamienne, przy czym poprzez „część zamienną” rozumie się część (pojedynczy wyrób), podzespoł, główny element urządzenia składający się z podzespołów i części .
4. Przeglądy konserwacyjne / serwisowe będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem danego urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany nie wcześniej, niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji.
5. Zakres i wstępne terminy ww. przeglądów będą określone w instrukcjach obsługi w języku polskim, dostarczonych wraz z urządzeniem.
6. Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniem karcie gwarancyjnej, która będzie dołączona do dokumentu gwarancyjnego. Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SIWZ chyba, że poszczególne zapisy w ww. karcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.
7. Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z bezpośrednim użytkownikiem urządzenia.
8. W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 48 godzin; za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.
9. Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie:
 - do 7 dni od podjęcia naprawy
 - w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – do 9 dni roboczych od podjęcia naprawy.
10. W przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych (licząc od daty zgłoszenia) Wykonawca winien zapewnić element /zastępczy (lub urządzenie) na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy. Element/podzespoł zastępczy lub urządzenie musi być dostarczone nie później, niż piątego dnia od daty zgłoszenia naprawy. Parametry elementu zastępczego / urządzenia nie mogą być gorsze / niższe, niż naprawianego.
11. Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie także do elementu / urządzenia zastępczego.
12. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze urządzenie / uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do bezpośredniego użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy potrzeby czwartej naprawy danego podzespołu.

14. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany - na nowy fabrycznie identyczny egzemplarz - urządzenia po trzech wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego urządzenia - w terminie 7 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających pracę całego urządzenia.
15. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
16. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady / uszkodzenia w okresie gwarancji.
17. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień / dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień / dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.
18. Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, art. 556 – art. 576.

Możliwości zmiany treści umowy, w tym zmiany istotnej, oraz warunki wprowadzenia takiej zmiany.

1. Zmiany treści Umowy nie mogą powodować wykroczenia poza zakres świadczenia określony w Umowie.
2. Strona Umowy wnosząca o dokonanie zmiany treści Umowy składa drugiej Stronie pisemny wniosek o ww. zmianę treści wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia przedmiotowej zmiany.
3. Strony Umowy w terminie do 7 dni ustalają wspólne stanowisko wobec proponowanej zmiany treści Umowy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin zajęcia stanowiska przez Strony może być przedłużony do 21 dni.
4. Dopuszcza się zmianę treści Umowy, gdy:
 - a) zmieniły się przepisy prawa, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, przy czym wartość Umowy, czyli cena wykonania zamówienia, nie może ulec podwyższeniu z tytułu zmiany stawki podatku VAT,
 - b) zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
 - c) konieczność zmian Umowy wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.
5. Dopuszcza się, aby termin wykonania zamówienia był wyznaczony przez Zamawiającego jako późniejszy, niż określono w Umowie, w przypadku:
 - a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Umowy,
 - b) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota**, nr postępowania: ZP-2511-02-GK/2017,

działając w imieniu Wykonawcy:

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

1. **Oświadczam**, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. **Oświadczam, że** w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. **Oświadczam, że** w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. **Oświadczam, że** wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.

(miejsowość)

.....
(podpis)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych,**

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawę aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota**

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

..... dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Wymaga się aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

***UWAGA: należy wypełnić pkt 1 lub 2**

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatu ultrasonograficznego**, nr postępowania: ZP-2511-02-GK/2017 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam, że:

- 1) **Przynależę do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.):

Lp.	Nazwa podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
.....		

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.....
Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

- 2) **Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej.**

.....
Data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy